



BOSNIA AND HERZEGOVINA
INSTITUTE OF METROLOGY
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: UP 05.1-46-6-FD-110-10/23
Sarajevo, 07.12.2023. godine

Na osnovu člana 15. stav 2, Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01), člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 197. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), te u skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), a po zahtjevu LOTRIČ CONTROL d.o.o., Mostar, Slobodna zona Hercegovina, Rodoč bb, 88000 Mostar, BiH, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju laboratorije

- Ovim Rješenjem imenuje se LOTRIČ CONTROL d.o.o., Mostar, Slobodna zona Hercegovina, Rodoč bb, 88000 Mostar, za obavljanje poslova verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska prema prema tabeli iz tačke 2 koja je u prilogu ovog rješenja. Laboratorija se nalazi na adresi Sv. Leopolda Mandića 9, 88000 Mostar.
- Rješenje o imenovanju laboratorije sa prilogom koji je sastavni dio ovog rješenja važi do 07.12.2025. godine.
- Nadzor nad radom imenovane laboratorije vršit će Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) najmanje jedanput godišnje, na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu BiH i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama.
- Imenovana laboratorija je obavezna da vodi evidenciju verifikovanih mjerila i dva puta mjesečno dostavlja izvještaj o izvršenoj verifikaciji elektronskim putem e-mail: verifikacijamjerila@met.gov.ba.
- Imenovanoj laboratoriji dodjeljuju se verifikacione oznake sa brojem D13 za mjerila dužine, M13 za mjerila mase i Z13 za mjerila krvnog pritiska.
- Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Образложење

LOTRIČ CONTROL d.o.o., Mostar, podnio je Institutu zahtjev za izdavanje rješenja o imenovanju laboratorije za verifikaciju mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska prema sa pratećom dokumentacijom, zaveden pod brojem UP 05.1-46-6-110-1/23 od 10.10.2023. godine.

Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokumenti: kopija registracionog lista pravnog lica, certifikat o akreditaciji laboratorije u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17020 za oblast imenovanja, dokumentovane verifikacione metode koje su predmet imenovanja, kopije izvještaja o verifikaciji za svaku prijavljenu oblast, certifikate o kalibraciji, etalona i mjernih instrumenata, poslovnik o kvalitetu laboratorije po kriterijima standarda BAS EN ISO/IEC 17020, spisak osoblja laboratorije sa njihovim kvalifikacijama i funkcijama.

U skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), od strane direktora Instituta, imenovana je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova u laboratoriji u kojoj se vrši verifikacija mjerila, rješenje broj UP 05.1-46-6-FD-110-2/23 od 03.11.2023.





godine, sa zadatkom da utvrdi kompetentnost laboratorije za poslove verifikacije mjerila. Nadalje, Komisija je pregledala zahtjev i utvrdila kompletnost dokumentacije koju moraju ispunjavati imenovana laboratorija za obavljanje poslova verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska prema, radi utvrđivanja činjenica neposrednim zapažanjem provela ocjenjivanje u prostorijama podnosioca zahtjeva.

U provedenom postupku je utvrđeno da laboratorija za verifikaciju mjerila LOTRIČ CONTROL d.o.o., Mostar, ispunjava posebne uslove propisane odredbama člana 4. Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te utvrdila:

- (1) Da je laboratorija akreditirana kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine – BATA, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC17020:2013., inspeksijsko tijelo tip C (broj IN-85-02, sa važenjem akreditacije do 01.06.2025.)
- (2) Da je laboratorija obezbjedila dovoljan broj osoblja koje posjeduje kompetentnost za obavljanje aktivnosti verifikacije mjerila u predmetnoj oblasti, koje djeluje nepristrasno i radi u skladu sa sistemom kvaliteta. Spisak zaposlenog osoblja s funkcijama koje obavljaju u laboratoriji dat je u prilogu ovog rješenja (tabela iz tačke 1 priloga).
- (3) Da su tehnički rukovodilac laboratorije kao i svi uposleni upoznati sa postupkom ispitivanja i verifikacije mjerila mase, mjerila dužine i mjerila krvnog pritiska održavanja mjerne i druge opreme, te se obavezuje da će se u poslovanju laboratorije pridržavati Zakona o mjeriteljstvu BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 19/01), podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o mjeriteljstvu BiH; podzakonskih akata koji su ostali na pravnoj snazi iz SFRJ i međunarodnih preporuka za zakonsko mjeriteljstvo.
- (4) Da laboratorija posjeduje certifikate o kalibraciji za radne etalone.

Slijedom svega navedenog Komisija je izradila Izvještaj sa ocjenjivanja broj UP 05.1-46-6-FD-110-9/23 od 27.11.2023. godine, na osnovu kojeg je ovaj organ u provedenom postupku utvrdio da LOTRIČ CONTROL d.o.o., Mostar, ispunjava uslove za imenovanje laboratorije, a sve u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem je dat spisak zaposlenog osoblja i specificirani opseg rada laboratorije.

Administrativna taksa po tarifi koja je propisana Zakonom o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH”, br.: 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07, 03/08, 42/08, 03/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19, 18/20, 30/22, 83/2022 i 32/2023) u iznosu 5,00 KM i 15,00 KM, naplaćena je od podnosioca zahtjeva.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema ovog rješenja.



Dostavljeno:

- ☉ Imenovanoj laboratoriji
- a/a



PRILOG I: Spisak zaposlenog osoblja i opsega aktivnosti verifikacije

1. SPISAK ZAPOSLENOG OSOBLJA

	Ime i prezime	Radno mjesto	Stručna sprema
1.	Mario Sopta	Rukovodilac laboratorije/ Mjeritelj	VSS
2.	Darijo Jandrić	Rukovodilac (predstavnik) kvaliteta/ Mjeritelj	VSS
3.	Bojan Jozić	Tehnički rukovodioc laboratorije (oblast masa i dužina)/ Mjeritelj	SSS
4.	Željko Bilušić	Tehnički rukovodioc laboratorije (oblast krvni pritisak)/ Mjeritelj	SSS
5.	Primož Hafner	Zamjenik rukovodioca (predstavnika) za kvalitet	SSS
6.	Ivo Krešić	Mjeritelj	VSS
7.	Albin Oreč	Mjeritelj	SSS
8.	Dražen Mikulčić	Mjeritelj na obuci	VSS

Od 31.12.2023.godine Bojan Jozić nije uposlenik laboratorije, funkciju tehničkog rukovodioca obavlja Mario Sopta. Od 03.06.2024. godine Dražen Mikulčić nije uposlenik laboratorije.

Od 14.10.2024. godine mjeritelj na obuci je Marin Marić.

2. SPECIFICIRANI OPSEG RADA LABORATORIJE

2.1 MJERILA MASE

	Predmet verifikacije	Mjerni opseg
1.	Vage s neautomatskim funkcioniranjem	Klase tačnosti: <ul style="list-style-type: none"> • (I) do 1 kg • (II) do (5 kg; za vage sa $n \leq 50000$ do 40 kg) • (III) i (IV) do 80 t uz upotrebu zamjenskog tereta* <p>* za vage preko 80 t, uz uslov ponovljivosti ($\leq 0,3e$ do 120 t)</p>
2.	Tegovi	Klase tačnosti M_{1-2} <ul style="list-style-type: none"> • 1 mg do 20 kg
3.	Vage za građevinske svrhe	Klase tačnosti: 1,2,3 do 10 t
4.	Automatske vage za pojedinačno mjerenje	od 2 g do 30 kg

2.2 MJERILA DUŽINE

	Predmet verifikacije	Mjerni opseg
1.	Verifikacija krutih i polukrutih mjerila dužine	0,5 m do 5 m kruta mjerila do 2 m



	Predmet verifikacije	Mjerni opseg
2.	Verifikacija uređaja za mjerenje dužine žice i kabla	od 5 m do 9999,99 m

2.3 MJERILA PRITISKA

	Predmet verifikacije	Mjerni opseg
1.	Mjerila krvnog pritiska	0 mmHg do 300 mmHg

Napomena: Tehnički rukovodilac laboratorije je dužan da o svakoj promjeni zaposlenog osoblja kao i etalonske i druge mjerne opreme u pisanoj formi obavijesti Odsjek za imenovanje laboratorija, nadzor i verifikaciju, Instituta za mjeriteljstvo BiH